

EDITAL Nº 003/HUST/2016
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2016
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Diretor Geral do Hospital Universitário Santa Terezinha - HUST, Prof. Adgar Zeferino Bittencourt, no uso as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelo Regulamento de Contratações de Compras, Serviços, Obras, Alienações e Locações da FUNOESC de 16 de abril de 2004, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Especial de Licitações e equipe técnica designada especificamente para esse certame, resolve:

1. HOMOLOGAR E ADJUDICAR A PRESENTE LICITAÇÃO NOS SEGUINTE TERMOS:

Editais de Licitação	003/HUST/2016
Modalidade	Concorrência
Data do Processo	15/02/2016
Data da Licitação	11/04/2016
Objeto da Licitação	O Objeto deste ato convocatório é a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamento e material permanente – BISTURI ULTRASSÔNICO, para Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Hospital Universitário Santa Terezinha – HUST – Joaçaba – SC, incluindo montagem, fornecimento de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica, de acordo com o Convênio nº 808213/2014/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo nº 25.000.118049/2014-52, Proposta SICONV nº 43148/2014.

Fornecedor: MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda

Item – 01 Bisturi Ultrassônico

Item	Descrição	Quant.	Marca	Valor
01	Bisturi para corte e coagulação de tecidos moles com amplo controle do sangramento, sem lesões térmicas periféricas, sem utilização de corrente elétrica através do paciente, sem carbonização dos tecidos, sem escarificação, sem fumaça e odores. Ativação ultrassônica gerada por cerâmicas piezoelétricas. Especificações técnicas mínimas: dissecação de tecidos com hemostasia; coagulação de vasos de até 5mm de diâmetro sem a necessidade de uso de outro tipo de ligadura. Acionado por ultrassom numa frequência de 55,5 KHz, podendo oscilar 15% para mais ou para menos. Composto de unidade geradora com controle no visor e com sinais sonoros; saída para dois pedais ou um pedal e um adaptador para acionamento manual, acionamento total e variável, 2 peças de mão para encaixe de vários instrumentais, com chave de travamento para cirurgia videolaparoscopia e cirurgia aberta; a peça de mão deverá ser reutilizável e autoclavável a 134 graus Celsius e deverá ser acompanhada de 01 cabo de conexão. Potência mínima de 150 a 230 Watts. 01 carro para transporte, rack para o gerador, gerador 220 ou transformador para 220. No caso de tesoura descartável o fornecedor deverá disponibilizar 50 descartáveis.	01	Olympus	100.000,00
Valor total do lote R\$				100.000,00

2. AUTORIZAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO.

Joaçaba, SC, 12 de abril de 2016


Prof. Adgar Zeferino Bittencourt,
Diretor Geral do HUST