



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/HUST/2017
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Diretor Geral do Hospital Universitário Santa Terezinha - HUST, Sr. Alciomar Antonio Marin, no uso as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelo Regulamento de Contratações de Compras, Serviços, Obras, Alienações e Locações da FUNOESC de 16 de abril de 2004, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Setor de Engenharia e Comissão Especial de Contratação, resolve:

1. HOMOLOGAR E ADJUDICAR A PRESENTE LICITAÇÃO NOS SEGUINTE TERMOS:

Edital de Licitação	001/HUST/2017
Modalidade	Tomada de Preços
Data do Processo	05/09/2017
Data da Licitação	09/10/2017
Objeto da Licitação	O Objeto deste ato convocatório é a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamento e material permanente – BISTURI ULTRASSÔNICO OU HARMÔNICO, para Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Hospital Universitário Santa Terezinha – HUST – Joaçaba – SC, incluindo treinamento, fornecimento de garantia de funcionamento, manutenção e assistência técnica, de acordo com o Convênio nº 823943/2015/MINISTÉRIO DA SAÚDE, Processo nº 25.000.198403/2015-03, Proposta SICONV nº 49247/2015.


Fornecedor: MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda

Item – 01 Bisturi Ultrassônico

Item	Descrição	Quant.	Marca	Valor
01	Tesoura/pinça ultrassônica de ponta curva ou reta, para corte e coagulação simultânea de vasos e feixes de tecido com amplo controle do sangramento, sem lesões térmicas e/ou periféricas e sem utilização de corrente elétrica através do paciente. Ativação ultrassônica gerada por cerâmicas piezoelétricas. Especificações técnicas mínimas: Dissecção e Coagulação simultânea de vasos de 5 até 7 mm de diâmetro sem a necessidade de uso de outro tipo de ligadura; Acionado por ultrassom numa faixa de frequência de 47 a 55.5 KHz. Acionamento manual ou por pedal. Deve ser composto por gerador ultrassônico convencional com controle no visor e peça de mão. Saída para acionamento por dois pedais ou um pedal e um adaptador para acionamento manual; Deve ser compatível com pinças para cirurgia videolaparoscópicas e convencionais (aberta), estas podendo ser reutilizáveis ou descartáveis; O proponente que ofertar equipamento com peça de mão e pinças reutilizáveis deve fornecer no mínimo 05 (cinco) pinças desta tecnologia (com todos os acessórios necessários para sua utilização) ao passo que o proponente que ofertar equipamento com pinças descartáveis (que incorporem ou não a peça de mão), deve garantir o fornecimento de no mínimo 80 pinças descartáveis; Para qualquer das tecnologias ofertadas, a pinça deverá possuir a capacidade de rotação completa de 360° em ambas as direções efetuada com a ponta de um dedo; o equipamento deve ser fornecido com console próprio original não adaptado; O equipamento deverá acompanhar todos os acessórios que garantam o seu perfeito funcionamento,	01	Olympus	159.799,00

	inclusive pedal. Alimentação elétrica em 220Vca-60Hz. O fornecimento deve incluir Manuais de Usuário em mídia impressa em português e Manual de Serviço em mídia eletrônica em qualquer língua.			
Valor total do lote R\$				159.799,00

2. AUTORIZAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO.



ALCIOMAR ANTONIO MARIN
Diretor Geral do HUST

Joaçaba, SC, 30 de outubro de 2017.