

	NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA - NTE			Código: NTE-52
	Data Emissão: 12.11.2018	Data da Validade: 12.11.2019	Página: 1 de 3	
ÁREA EMITENTE: ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
ASSUNTO: ANÁLISE PRÉVIA DE PROPOSTAS TÉCNICAS PRÉ-ABERTURA				
CLIENTE FINAL: HUST - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA				

Na qualidade de gestores de tecnologia em saúde (ATS) no Hospital Universitário Santa Terezinha, por força de contrato havido entre as partes, tecemos nossos comentários técnicos abaixo, sobre **análise prévia de características técnicas** no Processo Licitatório nº 004/2018 Concorrência nº 003/2018:

1. **PARA ITEM 01 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED (05un):** Em análise as documentações técnicas fornecidas na abertura do pleito, as postulantes abaixo relacionadas atenderam os critérios mínimos descritos no certame, e poderão seguir para a etapa de pontuação técnica e comercial:

fornecedor	CNPJ
KSS Comércio e Industria de Equipamentos Médicos Ltda	79.895.263/0001-28
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	02.949.582/0001-82
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	04.078.043/0002-21



- a. Cabe lembrar que as disparidades encontradas entre o descritivo e os ofertantes serão objeto da análise no item NTC;

2. **PARA ITEM 02 - CAMA HOSPITALAR FOWLER MEC 3 MANIVELAS (10un):** Em análise as documentações técnicas fornecidas na abertura do pleito, as postulantes abaixo relacionadas atenderam os critérios mínimos descritos no certame, e poderão seguir para a etapa de pontuação técnica:

fornecedor	CNPJ
KSS Comércio e Industria de Equipamentos Médicos Ltda	79.895.263/0001-28
Meta Móveis de Metais Indústria e Comércio Ltda	01.866.388/0001-70
Hospimetal Ind. Met. de Equipamentos Hospitalares Ltda	54.178.983/0001-80
R.C. Artigos e Equipamentos Hospitalares Ltda EPP	02.377.937/0001

- a. Cabe lembrar que as disparidades encontradas entre o descritivo e os ofertantes serão objeto da análise no item NTC;

3. **PARA ITEM 03 - RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/PEDIÁTRICO (03un) :** Em análise as documentações técnicas fornecidas na abertura do pleito, as postulantes

	NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA - NTE			Código: NTE-52
	Data Emissão: 12.11.2018	Data da Validade: 12.11.2019	Página: 2 de 3	
ÁREA EMITENTE: ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
ASSUNTO: ANÁLISE PRÉVIA DE PROPOSTAS TÉCNICAS PRÉ-ABERTURA				
CLIENTE FINAL: HUST - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA				

abaixo relacionadas atenderam os critérios mínimos descritos no certame, e poderão seguir para a etapa de pontuação técnica:

fornecedor	CNPJ
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	02.949.582/0001-82
Leistung Equipamentos Ltda	04.187.384/0001-54
CSE Equipamentos e Serviços Eireli EPP	02.994.122/0001-76

a. Cabe lembrar que as disparidades encontradas entre o descritivo e os ofertantes serão objeto da análise no item NTC;


4. **PARA ITEM 04 - MONITOR MULTIPARÂMETROS AVANÇADO (18UN):** Em análise nas documentações técnicas fornecidas na abertura do pleito, as postulantes abaixo relacionadas atenderam os critérios mínimos descritos no certame, e poderão seguir para a etapa de pontuação técnica:

fornecedor	CNPJ
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	02.949.582/0001-82
Ilhatec Comércio de Equipamentos Médico-hospitalares Ltda	00.612.686/0001-71
W&Z Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	05.968.162/0001-31

a. **ATENÇÃO:** Em análise transversal entre todos os participantes, o descritivo técnico do edital e o descritivo sumarizado do Plano de Aplicação Detalhado, encontramos **um desalinhamento** que poderá prejudicar todas as etapas posteriores;

b. **DIANTE DISTO**, sugerimos para a CEC-Comissão Especial de Contratação que mantenha as etapas até aqui alcançadas (Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Trabalhista e Qualificação Técnica), **PUBLIQUE UMA ERRATA DO ITEM** (mantendo o processo nº004/2018) e **RELANCE** o item 01 do Plano de Aplicação, suprimido das características técnicas díspares entre os documentos;

5. Após a Comissão proceder a abertura dos demais documentos (envelopes nº3), passaremos à fase de diligências, tabulando os valores técnicos junto com os

	NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA - NTE			Código: NTE-52
	Data Emissão: 12.11.2018	Data da Validade: 12.11.2019	Página: 3 de 3	
ÁREA EMITENTE: ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
ASSUNTO: ANÁLISE PRÉVIA DE PROPOSTAS TÉCNICAS PRÉ-ABERTURA				
CLIENTE FINAL: HUST - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA				

comerciais em planilhas próprias, conforme os critérios de julgamento do capítulo 9.14, até eleição da melhor proposta para a instituição.

a. No caso específico do item MONITOR MULTIPARÂMETROS para UTI, aguardamos o posicionamento da douta Comissão Especial de Contratação, da qual ficamos desde já a disposição para maiores esclarecimentos.

É o que podíamos posicionar até o momento, e ficamos a disposição ao que se mostrar necessário.

Joaçaba, 12 de novembro de 2018



Eng.

Fernando Meira da Rocha
Serviço de Engenharia Clínica HRO
CREA: 054.300D-RS
Visto SC:0523

O presente documento foi analisado pelo Setor Jurídico da Rede Brasileira de Engenharia Clínica e Hospitalar – EngeHosp e achado conforme o Manual de Ética, Conduta e *Compliance* desta Rede. Neste contexto, *compliance* é basicamente o dever de atendimento às leis, normas e códigos organizacionais e de conduta, assim como aos princípios da boa governança corporativa, visando à mitigação do risco legal e dos riscos relacionados à reputação.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Leal. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaideassinaturas.com.br:443> e utilize o código CB36-9E9C-387B-5BBB.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CB36-9E9C-387B-5BBB> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CB36-9E9C-387B-5BBB



Hash do Documento

5CFA8C706094D0236051B9EF75A5AE67AC2929C4CD4D313C9B0B79DF08B631F9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/11/2018 é(são) :

- Marco Antonio Leal - 664.250.000-82 em 18/11/2018 19:55 UTC-02:00

Tipo: Certificado Digital

